

Leonardo Wet-Set – REF 50083, 50078

EN INTENDED USE:

Leonardo Wet-Set for the transport storage of Bipolar forceps. Keeps the distal end moist and enhances the reprocessing of instruments.
Heat resistant up to 134 °C

CONTENTS:

Polypropylene tube, silicone lid

PRECAUTIONS:

N/A

CAUTION:

N/A

CONTRAINDICATIONS:

N/A

INSTRUCTIONS FOR USE:

Pre-Cleaning:

For pre-cleaning of the instruments please use water or a non-fixing disinfectant. Remove residues on the instrument's surface with a soft brush or wipe. Keep the instrument in a water-bath or rinse it with water afterwards.

1. The Leonardo Wet-Set is up for a one-time sterilization at 134 °C, 3.5 minutes before the use in the OR.
2. Take out the required amount of Leonardo Wet-Set tubes.
3. Fill cold demineralized water or a ph neutral cleaning agent which has been approved / recommended by the instruments manufacturer into the tubes.
4. Push the distal end of the instrument through the hole of the silicone lid.
5. Let the instrument soak during transport from the OR to the CSSD.
6. Pull the instrument out of the Leonardo Wet-Set.

DISPOSAL:

These products may pose a biological hazard after use. The product must therefore be handled and disposed of in accordance with current medical practice and local, state and national laws and regulations.

DE VERWENDUNGSZWECK:

Leonardo-Wet-Set zur Transportlagerung von Bipolaren Pinzetten. Hält das distale Ende feucht und erleichtert die Aufbereitung.
Hitzebeständig bis 134 °C

INHALT:

Polypropylen (PP) Röhrchen, Silikondeckel

VORSICHTSMASSNAHMEN:

N/A

ACHTUNG:

N/A

KONTRAINDIKATIONEN:

N/A

GEBRAUCHSANWEISUNG:

Vorreinigung der Instrumente:

Verwenden Sie zur Vorreinigung Wasser, ggf. ein nicht fixierendes Desinfektionsmittel.

Entfernen Sie Oberflächenverschmutzungen mit einer weichen Bürste/einem weichen Tuch.

Legen Sie das Produkt in ein Wasserbad und/oder spülen Sie das Produkt unter fließendem Wasser.

1. Vor dem Einsatz im OP kann das Leonardo Wet-Set ein Mal bei 134 °C, 3,5 Minuten sterilisiert werden.
2. Entnehmen Sie die gewünschte Anzahl Röhrchen aus der Verpackung.

3. Befüllen Sie die Röhrchen mit kaltem VE-Wasser oder einem ---pH-neutralen Reinigungsmittel, welches für das jeweilige Instrument durch den Hersteller freigegeben wurde.
4. Stecken Sie das distale Ende des Instrumentes durch die Öffnung der Silikonkappe.
5. Lassen Sie das Instrument während der Lagerung und dem Transport vom OP zur ZSVA einweichen.
6. Ziehen Sie das Instrument aus dem Leonardo Wet Set -heraus.
7. Entsorgen Sie das Leonardo Wet-Set gemäß der gängigen Entsorgungsvorschriften.

ENTSORGUNG:

Diese Produkte stellen nach ihrer Verwendung möglicherweise eine biologische Gefahr dar. Das Produkt ist daher gemäß der gängigen medizinischen Praxis sowie den örtlich, landesweite und bundesweit gesetzlichen Bestimmungen und Regelungen zu handhaben und zu entsorgen.

 KEY SURGICAL LLC
8101 WALLACE ROAD / EDEN PRAIRIE, MN 55344 USA
(US) TEL: 800.541.7995 (UK) TEL: +44(0)1628 810626
(EU) TEL: +49 4363 905900

